

vita-life® MRT-System

Controindicazioni

Nel caso delle controindicazioni, distinguiamo tra controindicazioni assolute (nel qual caso il sistema MRT non può essere utilizzato in nessun caso) e controindicazioni relative; se queste sono presenti, il sistema MRT può essere utilizzato solo sotto stretto controllo medico, sia per il trattamento della condizione stessa che per l'assistenza sanitaria generale.

Controindicazioni ASSOLUTE

- **Stato di gravidanza**
- **Neonati**
- **Portatori di pace-maker , bypass cardiaci o pompe d'insulina**
- **In caso di gravi disturbi di aritmia (a partire da Iow n iV b)**
- **In caso di attacchi acuti di ipertiroidismo**
- **Epilessia**

Controindicazioni RELATIVE - Utilizzo solo sotto supervisione medica!

- **In caso di malattie tumorali**